



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
LABORATORUL CENTRAL PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII
ȘI IGIENEI VINULUI VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Filiala BASARABI				
LISTA DE INCERTITUDINI				
POL-01	Determinarea concentratiei alcoolice din vinuri si bauturi alcoolice	Balanta hidrostatica OIV-MA-AS-312-01A: R2016, pct.4C	Vin:8.50 -15.0 % VOL	± 0.20 % VOL
			Distilate:15,00 -20,00 % vol.	± 0.20 % VOL
			Distilat:20,01-30.00 %VOL	± 0.30 % VOL
			Distilat:30,01-99.8 %VOL	± 0.40 % VOL
POL-11	Determinarea densitatii vinurilor	Balanta hidrostatica OIV-MA-AS2-01 A: R2012, pct.6	0,9800 - 1,0100	±0,0003
			1.0101 - 1,0700	±0,0004
POL-12	Determinarea extractului sec total la vinuri	Balanta hidrostatica OIV-MA-AS2-03B: R2012	15,0-20,0 g/l	± 1.0 g/l
			20,1-50,00 g/l	± 1.5 g/l
			50.01-70.00	±2.00 g/l
			70,01-110,0 0g/l	± 3.5 % (g/l)
POL-03	Determinarea continutului de zaharuri din vin	Titrare manuala SR 6182-17:81; SR 6182-18:2009/ C1-2009	Domeniul:0,50-10,00 g/l	
			zaharuri reducatoare	±0,65 g/ l
			zaharuri totale;	±0,80 g/ l
			Domeniul:10,01-20,00 g/l	
			zaharuri reducatoare	± 1,00 g/ l
			zaharuri totale	± 1.50 g/ l
			Domeniul:20,01-40,00 g/l	
			zaharuri reducatoare	±2,00 g/ l
			zaharuri totale;	
			Domeniul:40,01-110,00 g/l	
			zaharuri reducatoare;	± 5 % (g/ l)
			zaharuri totale;	
POL-04	Determinarea continutului de zaharuri din vin -uma glucoza + fructoza (G+F)	Enzimatic OIV-MA-AS311-02: R2009	0,10-5,00 g/l G+F	± 0.30 g/ l G +F
			5.01-12,00 g/l G+F	± 0.60 g/ l, G +F
			12,01- 100,00 g/l G+F	± 5% g/ l, G +F
POL-05	Determinarea aciditatii totale din vin	Titrare manuala cu indicator SR-6182/1:2008, pct4.2 si	3,50-9.00 g/l ac tartric	± 0,30 g /l ac.tartric
		Titrare potentiomerica OIV-MA-AS313-01;R2015, pct.5.2;		
POL-06	Determinarea aciditatii volatile	Antrenare cu vapori si titrare cu indicator :OIV-MA-AS313-02; SR6182-2:2008	0.10- 0.70 g /l ac. acetic	± 0,07 g/l ac.acetic
			0.71-1.20 g/l acid acetic	±0.10 g/l ac.acetic
			1.21-2.10 g/l acid acetic	±0.15 g/l ac.acetic

INTOCMIT: RC laborator: OMER Leila

Data: 25.02.2025